

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

CLINICA ORTHOPEDICA
sport & endo clinic s.r.o.
Nevädzová 6
821 01 Bratislava

Naša značka
EPI/10837/2014

Vaša značka

Vybavil / ☎
Mgr. Foltínová
0917 426 074


V Bratislave
16.6.2014

Vec: Výsledky vyšetrenia mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia

V prílohe Vám zasielame výsledky vyšetrenia mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia z Operačnej sály Vášho zariadenia zo dňa 10.6.2014.

Z analýzy získaných údajov vyplýva, že ovzdušie z operačnej sály **vyhovelo** požiadavkám prílohy č. 1 vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA
hl.m.SR so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
-1-


MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik

Príloha: 1

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

Odbor epidemiológie

Výsledky mikrobiálneho vyšetrenia kontaminácie ovzdušia

Meranie bolo vykonané aeroskopom AIR SAMPLER RCS PLUS č. 8359
validizovaným dňa 20.8.2014

Názov zdravotníckeho zariadenia: CLINICA ORTHOPEDICA, sport&endo clinic, s.r.o.
Nevádzová 6, 821 01 Bratislava

Miesto odberu: Operačná sála

Počet osôb v miestnosti: 1

Počas odberu bola vykonávaná činnosť: meranie ovzdušia

Odobraný objem vzduchu v litroch: 200

Číslo	Na meranie bol použitý agar na detekciu	Počet baktérií/1m ³ vzduchu	Identifikácia izolovaných kmeňov
AF/32	<i>Celkového počtu mikroorganizmov</i>	0	Nevyrástli žiadne mikróby

Meranie vykonal: Mgr. Foltínová
Mgr. Jakubíková

Dátum: 10.6.2014

Laboratórne číslo vzorky: V14-02609
Vyhodnotenie vzorky dňa: 12.6.2014